



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:

019230/2024

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Cadastrada no CNES sob o nº 2708779, contratualizada com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, a Instituição é referência para o município de Sorocaba e mais 47 municípios da RRAS 08 em alta complexidade: Oncologia, Neurologia e Ortopedia, com atendimento exclusivo aos pacientes usuários do SUS. Dessa forma é imprescindível que a Instituição esteja estruturada adequadamente para prestar essa assistência aos pacientes, oferecendo à população acesso qualificado e humanizado e em tempo oportuno.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Adquirir os equipamentos para possibilitar estruturação do serviço diagnóstico e terapêutico, e assim proporcionar maior qualidade e humanização nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde. Os equipamentos adquiridos farão parte do projeto de revitalização e implantação de serviços próprios, priorizando a assistência oncológica, neurológica e ortopédica que a Instituição vem realizando e assim proporcionando melhor atendimento aos pacientes SUS.

PÚBLICO ALVO:

Os atendimentos serão prestados aos pacientes SUS do município de Sorocaba e dos demais 47 municípios da RRAS 08, encaminhados através da Central de Regulação Municipal e Regulação Estadual, no caso da Oncologia seguirá pela Rede Hebe Camargo. Pacientes com idade a partir de 11 anos 11 meses e 29 dias de ambos os sexos

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

O objetivo da proposta é substituir os equipamentos locados (Tomógrafo, Cardioversor, ressectoscópio e cistoscópio) e substituí equipamentos empresas apresentaram carta de descontinuidade do produtos de reposição (arco cirúrgico, monitor multiparâmetros), equipamentos obsoletos(carrinho de medicação e rack de vídeo), todos os equipamentos serão para substituição. Laudo de obsolescência, carta de descontinuidade e prestação de serviços inseridos nos anexos de dados gerais.

RESULTADOS ESPERADOS:

Garantir o atendimento de média e alta complexidade aos pacientes da RRAS 08 -SOROCABA. As aquisições destes equipamentos proporcionarão ampliação de exames e manutenção das cirurgias conforme pactuação regional e atender as normas vigentes preconizadas pelos órgãos competentes

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE		
CPF DO RESPONSÁVEL: 425.005.407-15	NOME DO RESPONSÁVEL: NISIA VERONICA TRINDADE LIMA		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Gabinete da Ministra, Bloco G, Sede			CEP DO RESPONSÁVEL: 70058-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 71.485.056/0001-21					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA SAO PAULO, 750					
CIDADE: SOROCABA	UF: SP	CÓDIGO MUNICÍPIO: 7145	CEP: 18013002	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/TELEFONE: 1521018069
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA		AGÊNCIA: 0356-5		CONTA CORRENTE:	
CPF DO RESPONSÁVEL: 434.196.158-68	NOME DO RESPONSÁVEL: REINALDO BESERRA DOS REIS				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA BAURU, 114, CASA - JARDIM SAIRA				CEP DO RESPONSÁVEL: 18085080	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 3.379.337,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 177,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2024	R\$ 3.379.160,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 177,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	05/06/2024	
FIM DE VIGÊNCIA:	03/03/2025	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2025	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 18.0		Valor: R\$ 3.379.337,00
Início Previsto: 05/06/2024		Término Previsto: 03/03/2025		Valor Global: R\$ 3.379.337,00
UF: SP	Município: 7145 - SOROCABA			CEP:
Endereço:				
Etapas/Fase nº: 1				
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
Quantidade: 18.0 UN		Valor: R\$ 3.379.337,00		Início Previsto: 05/06/2024
				Término Previsto: 03/03/2025

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Junho		ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 3.379.160,00	
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 3.379.160,00	PARCELA Nº: 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

MÊS DESEMBOLSO: Junho		ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 177,00	
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 177,00	PARCELA Nº: 1

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011805-Tomógrafo Computadorizado (Acima de 16 canais até 80 canais)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SAO PAULO, 750				
CEP: 18013-002	UF: SP	MUNICÍPIO: 7145 - SOROCABA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$	V.TOTAL: R\$ 1.700.000,00
OBSERVAÇÃO: 1. As aplicações clínicas incluem: 1.1. Endoscopia virtual; 1.2. Software para análise vascular geral; 1.3. Subtração automática dos ossos; 1.4. Segmentação de estruturas ósseas; 1.5. Análise de estenose; 1.6. Exames neurológicos; 1.7. Software para redução de artefato metálico 1.8. Algoritmo de reconstrução iterativa utilizando dados brutos (raw data) da imagem para redução de dose de RX; 1.9. Protocolo DICOM 3.0 completo; 1.10. Controle e registro da dose pré scan e pós scan; 1.11. Software para automatismo de disparo da aquisição helicoidal de acordo com a opacificação de contraste; 1.12. Software para modulação de corrente de acordo com a região do corpo a ser examinada; 1.13. Software de automatização para planejamento dos exames (bloco de aquisição das imagens); 1.14. MPR- Reformatação Multiplanar; 1.15. MIP-Máxima Intensidade de Projeção; 1.16. MinIP - Mínima Intensidade de Projeção; 1.17. Reconstrução SSD tridimensional; 1.18. Renderização de volume; 1.19. Software para estudos dinâmicos; 2. Características relevantes: 2.1. 32 fileiras físicas de detector ou maior; 2.2. Reconstrução de 64 imagens ou maior; 2.3. Detectores do estado sólido; 2.4. Espessura de corte mínima de 0.625mm ou menor; 2.5. Cobertura de aquisição no eixo-z de no mínimo 20mm ou maior; 2.6. Velocidades de rotação: 360 graus em 0,5 segundo ou menor; 2.7. Resolução de alto contraste espacial: 15 lp/cm @ 0% MTF; 2.8. Tempo de reconstrução de imagem: mínimo de 23 imagens por segundo; 2.9. Tempo máximo de varredura em uma única aquisição: 100 segundos; 2.10. Matriz de Reconstrução: 512 x 512 3. Gantry 3.1. Abertura: mínimo 70 cm ou maior; 3.2. Angulação digital ou física: +/-30 graus; 3.3. SFOV de 50cm (corpo) para todas as técnicas helicoidais; 3.4. Telas bilaterais touchscreen multitarefas, moveis ou fixas. 4. Tubo de raio-X 4.1. Capacidade de armazenamento de calor mínima 7 MHU real ou maior, sem uso de equivalência; 4.2. Dissipação de calor do Anôdo mínima 1070 KHU/Minuto ou maior. 5. Gerador de Raio-X 5.1. Gerador de raio-X de pelo menos 50 kW ou maior sem uso de equivalência; 5.2. Variação de mA de 10mA a 460mA ou maior; 5.3. Faixas de kVp: 80 até 135 ou maior. 6. Mesa do paciente 6.1. Mesa com material radiotransparente, movimentação vertical e longitudinal; 6.2. Variação exploratória horizontal mínima 150 cm ou maior; 6.3. Capacidade de carga de pelo menos 200kg ou maior;				

7. Interface DICOM 3.0 - Console

- 7.1. Conectividade DICOM 3.0;
- 7.2. Deverá ser realizada com o PACS/RIS/WORKLIST;
- 7.3. Storage;
- 7.4. Send;
- 7.5. Retrieve;
- 7.6. HIS;
- 7.7. Modality Worklist

8. Processamento de Imagem - Console

- 8.1. Computador com processador com 2.2 GHZ ou melhor;
- 8.2. Memória RAM de 16 GB ou melhor;
- 8.3. HD de 1TB ou melhor;
- 8.4. 1 monitor LCD de 19?? ou maior;
- 8.5. Scan FOV de 500mm ou maior
- 8.6. Matriz de reconstrução em 512x512
- 8.7. Velocidade de reconstrução mínimo de 23 imagens por segundo ou superior;
- 8.8. Teclado e mouse óptico;

9. Itens para funcionamento e Acessórios

- 9.1. Posicionadores de crânio adulto e infantil;
- 9.2. Conjunto de fantasmas do fabricante para calibração;
- 9.3. Faixas para contenção e posicionamento de pacientes;
- 9.4. Suporte de braços;
- 9.5. Suporte de pernas ;
- 9.6. Nobreak para console ;
- 9.7. Mesa para computador;
- 9.8. Alimentação elétrica trifásica- 380V

ESPECIFICAR: SIM

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000673-Monitor Multiparâmetros

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento

NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SAO PAULO, 750

CEP: 18013-002 **UF:** SP **MUNICÍPIO:** 7145 - SOROCABA

UNIDADE: UN **QUANTIDADE:** 2,00 **V. UNITÁRIO:** R\$ 17.949,00 **V.TOTAL:** R\$ 35.898,00

OBSERVAÇÃO: Parâmetros | tipo e tamanho do monitor | suporte para monitor:: ECG RESP SPO2 PNI TEMP | pré configurado de 10 a 12 pol | com suporte

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento

NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SAO PAULO, 750

CEP: 18013-002 **UF:** SP **MUNICÍPIO:** 7145 - SOROCABA

UNIDADE: UN **QUANTIDADE:** 4,00 **V. UNITÁRIO:** R\$ 34.800,00 **V.TOTAL:** R\$ 139.200,00

OBSERVAÇÃO: Parâmetros básicos|tipo e tamanho do monitor|PI|EtCO2|agentes anestésicos|índice sedação anestésica:: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP|mista ou modular de 10 a 12pol|com PI|com EtCO2|sem agentes anest.|não possui

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000547-Endoscópio Rígido				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SAO PAULO, 750				
CEP: 18013-002	UF: SP	MUNICÍPIO: 7145 - SOROCABA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 111.801,00	V.TOTAL: R\$ 111.801,00	
OBSERVAÇÃO: Nefroscópio percutâneo autoclavável com comprimento aproximado de 19 cm e dois conectores. Fonte de iluminação com potência compatível a 300W. Possibilidade de ajuste controle de intensidade de luz com indicador de fim de vida útil; Acompanham 02 Cabos de luz de fibra ótica com comprimento mínimo de 2,5 m e 4.8mm de diâmetro, compatível com a ótica e fonte de luz; Alimentação elétrica bivolt automática. Deve acompanhar no mínimo: 6 dilatador; uma Camisa de aproximadamente 26Fr, um Obturador ponta romba, uma Pinça boca fenestrada de aproximadamente 38cm, uma Pinça boca tridente de aproximadamente 38cm, uma Pinça boca serrilhada de aproximadamente 38cm, uma Cânula para punção (no mínimo 5 unidades), uma Cânula para dilatação de aproximadamente 40cm, 3mm.ESPECIFICAR: SIM				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000253-Arco Cirúrgico				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SAO PAULO, 750				
CEP: 18013-002	UF: SP	MUNICÍPIO: 7145 - SOROCABA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 699.000,00	V.TOTAL: R\$ 699.000,00	
OBSERVAÇÃO: Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos de cirurgia geral, ortopedia e neurologia (coluna). Arco com movimento vertical motorizado igual ou maior a 40 cm, movimento orbital de no mínimo 115 graus ou superior, angulação total de pelo menos 360 graus ou superior, distância da fonte ao intensificador de imagem de no mínimo 90 cm e profundidade de no mínimo 61 cm, espaço livre de no mínimo 70cm. Intensificador de imagem de no mínimo 20 x 20cm, com pelo menos dois campos de entrada. Monitor TFT ou LCD de, no mínimo, 17 polegadas ou superior, com resolução mínima de 1280 x 1024 pixels ou monitor único TFT ou LCD de no mínimo 25 polegadas com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels. Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem. Gerador com potência de 2,0 kW ou maior, tubo de raio X com anodo estacionário e ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6 mm e o maior igual ou menor a 1,6 mm e colimador. Colimação sem emissões de radiação. Capacidade térmica do anodo de, no mínimo, 50 kHU ou maior. Fluoroscopia com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 6 mA ou maior. Modo Radiografia com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 13 mA ou maior. Memória com recurso de retenção da última imagem adquirida, armazenamento de, no mínimo, 5 mil imagens. Filtro de redução de ruído, rotação de imagens sem a necessidade de se emitir radiação durante a rotação. Deve acompanhar o equipamento: saída USB integrados ao sistema e Interface DICOM 3.0 com no mínimo as modalidades Storage e Worklist.ESPECIFICAR: SIM				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010254-Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SAO PAULO, 750				
CEP: 18013-002	UF: SP	MUNICÍPIO: 7145 - SOROCABA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 610.000,00	V.TOTAL: R\$ 610.000,00	
OBSERVAÇÃO: Sist. de videocirurgia 4K, composto por câmera, proc. de vídeo, fonte de luz, insuflador, monitor de vídeo, sist de captura/gravação de imagem, carro suporte fechado e acessórios. - Sist de vídeo-cirurgia 4K, composto por câmera, proc de vídeo, fonte de luz, insuflador, monitor de vídeo, carro suporte e acessórios; Câmera de Vídeo digital de alta definição 4K, compatível c unidade proc de vídeo; Sist de proc de vídeo e cabeça de câmera c tecnologia de 3 sensores CMOS com resol. de máxima de até pelo menos 3840x2160 pixels 4K, progressive scan (1080p);- Imersível (grau mínimo de proteção contra entrada de líquidos IPX-7);- Cabeçote com botões de comando para controle de funções e c acoplamento universal p utilização de ópticas de diferentes fabricantes;- Acoplador do tipo ?C-mount? com anéis de focalização e zoom (endocoupler);- Funcionalidades mínimas passíveis de acionamento pelo cabeçote: capturar imagens, iniciar/pausar gravação de vídeo, zoom óptico, focalização e balanço de branco;- Sensibilidade mínima de pelo menos 3 lux ou melhor- Comp mínimo do cabo de conexão do cabeçote à proc.3 m- Proc de vídeo 4K, com resol mín de 3840 x 2160 pixels e compatível com a câmera de vídeo e c monitor- Possibilidade de conexão a outros equip de doc como vídeo-printer, sist de captura de imagem, gravação via USB ou cartão de memória;- - Permitir o ajuste da intensidade de luz pela proc e/ou cabeçote da câmera- Função para ajuste de cor branca ou balanço de branco automático;- Saídas DVI e/ou HD-SDI - Alimentação: 127 Vac, 60 Hz (ou comutação automática 100 - 240 Vac).- Acessórios inclusos: Cabos de conexão para o monitor e demais periféricos. - Deverá apres autonomia mínima de 40.000 horas, temperatura de cor superior a 6000 K e intensidade de luz equivalente a de uma fonte de Xenon 300W;- Adaptável a diferentes marcas de fibra óptica disponíveis no mercado;- Intensidade ajustável pelo usuário com indicação do nível de iluminação.Alimentação: 127 V, 60 Hz Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac). Insuflador Eletrônico de CO2 - Faixa mínima de ajuste da pressão de trabalho: até pelo menos 25 mmHg;- Faixa mínima de ajuste do fluxo: até pelo menos 40 l/min;- Controle de pressão intra-abdominal com indicação de variação de 1 mmHg; - Alarmes visuais e sonoros para sobre pressão com sistema de alívio;- Display digital com indicação visual dos parâmetros: pressão (ajustado e real), fluxo (ajustado e real) e volume;- Indicação do volume de CO2 no cilindro;- Alimentação: 127 V, 60 Hz Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac).- Acessórios inclusos: 03 mangueiras reutilizáveis para insuflamento de CO2, 01 mangueira de alta pressão para conexão do insuflador ao cilindro;- Monitor de Vídeo grau médico LCD ou LED, colorido, widescreen, com diagonal mínima de 30?;- Resolução de até pelo menos 3840x2160 (1080p);- Entradas/Saídas de sinal de vídeo digital: DVI e/ou HD-SDI, compatíveis com a processadora de imagens;- Alimentação: 127 V, 60 Hz Hz (ou comutação automática 100 - 240 Vac).Carro para transporte fechado (ou parcialmente fechado) com portas frontal e traseira, confeccionado em material anticorrosivo ou com tratamento anti-corrosão- Base para monitor de vídeo interna ao carro (fechado) ou braço articulado para sustentação do monitor que possibilite movimento de rotação e inclinação (no caso de fornecimento de carro parcialmente fechado). - Pelo menos 04 prateleiras internas para disposição dos componentes do sistema (processadora, fonte de luz, insuflador, sistema de captura e no break)- Rodízios de borracha com freio (diâmetro mínimo 4?), sendo dois com travas- Suporte interno para fixação de 01 (um) cilindro de CO2- Portas frontal e traseira com fechamento por chave.Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas e uma caixa completa para vídeo, contendo: caixa completa de instrumentais de vídeo.ESPECIFICAR: SIM				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010798-Carro de Emergência				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SAO PAULO, 750				
CEP: 18013-002	UF: SP	MUNICÍPIO: 7145 - SOROCABA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 6,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 4.675,00	V.TOTAL: R\$ 28.050,00
OBSERVAÇÃO: SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3 SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUIRÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, SUPORTE DE SORO: POSSUI, RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000936-Cardioversor				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SAO PAULO, 750				
CEP: 18013-002	UF: SP	MUNICÍPIO: 7145 - SOROCABA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 27.694,00	V.TOTAL: R\$ 55.388,00
OBSERVAÇÃO: COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG: POSSUI, IMPRESSORA: POSSUI, BATERIA: POSSUI, MARCAPASSO MODULO DEA OXIMETRIA: NÃO POSSUI POSSUI NÃO POSSUI, PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 3.379.337,00	R\$ 3.379.337,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 3.379.337,00		

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS